

Nr sprawy: 1/2026

Dotyczy: umowy o powierzenie grantu realizowanego w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: IGAMED JUSTYNA SULICH SPÓŁKA KOMANDYTOWA; NIP: 6783152018

Adres: OS. HUTNICZE 8/22, 31-918 KRAKÓW

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla pacjentów IGAMED”, w celu zwiększenia dostępności do świadczeń POZ działających na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenów wiejskich oraz obszarów zagrożonych utratą/ograniczeniem dostępu do POZ, poprzez udzielenie odpowiedniego wsparcia w zabezpieczeniu tych podmiotów w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt diagnostyczny, serwerowo-sieciowego oraz możliwość realizacji robót budowlanych w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, których celem będzie dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ, z założeniem, że przedmiotowe roboty nie zmieniają kubatury budynku oraz nie wymagają dodatkowych pozwoleń/zgód oraz w celu zwiększenia dostępności i efektywności systemu opieki zdrowotnej w zakresie niwelowania różnic regionalnych w dostępności do usług zdrowotnych.

Rodzaj zamówienia: usługa i dostawa.

Kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja aparatu USG wszechstronnego - 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

 maksymalnie do 6 tygodni od podpisania umowy.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać u Pani JUSTYNA SULICH pod numerem telefonu 608 277 988 lub mailowo justyna.sulich@igamed.pl

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz w związku z przepisem art.1 pkt3 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) złożą oświadczenie, iż nie są podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w BIP MSWiA: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetychsankcjami>.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: ofertę wykonawcy, sporządzoną na wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

6. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, na załączonym wzorze formularza ofertowego.
- Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 26.08.2026 r. do godz. 10:00** przesyłając ofertę pocztą elektroniczną na adres: wiktorgorski@gmail.com lub składając w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego osobiście lub wysyłając pocztą na adres zamawiającego (liczy się data i godz. wpływu przesyłki do siedziby zamawiającego lub na skrzynkę elektroniczną wiktorgorski@gmail.com).
- Oferty niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. Oferty otrzymane przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i nie zostaną zwrócone wykonawcy.
- Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę brutto (w tym podatek VAT)
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

8. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Najniższa cena – 40%.
- Czas dostawy – 20%.
- Jakość – 40%: z czego każda z poniższych cech stanowi 10%.

Parametry punktowane:

1. Aparat wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 14" służący do sterowania funkcjami aparatu.
TAK: 20 punktów; NIE: 0 punktów.
2. Aparat wyposażony w minimum 4 aktywne gniazda do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych, niewymagające przepinania głowic podczas wykonywania różnych rodzajów badań.
TAK: 20 punktów; NIE: 0 punktów.
3. Aparat wyposażony w technologię umożliwiającą zapis surowych danych obrazowych bezpośrednio po digitalizacji oraz wykonywanie postprocessingu na zapisanych badaniach, obejmującego co najmniej zmianę parametrów obrazu, wykonywanie pomiarów oraz zastosowanie filtrów.
TAK: 20 punktów; NIE: 0 punktów.
4. Aparat wyposażony w technologię obrazowania złożonego przestrzennie, w której wiązka ultradźwiękowa wysyłana jest pod różnymi kątami, w co najmniej 8 płaszczyznach, a uzyskane sygnały wykorzystywane są do utworzenia obrazu o zwiększonym kontraście, rozdzielczości i wyostrzeniu konturów badanych struktur.
TAK: 20 punktów; NIE: 0 punktów.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca nazwę (firmę), siedzibę oraz adres wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr sprawy 1/2026 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr sprawy 1/2026 – Wzór druku - Formularz ofertowy

Kraków, dnia 17.08.2026 r.

Wiktor Górski - Pełnomocnik

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr sprawy 1/2026 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Aparat USG wszechstronny, w tym Doppler z funkcjami kardiologicznymi i naczyniowymi, przeznaczony do diagnostyki kardiologicznej oraz badań jamy brzusznej i tarczycy, wyposażony w pakiet pomiarów kardiologicznych.

L.p.	Opis wymaganych parametrów
1.	Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy i niedemonstracyjny.
2.	Aparat stacjonarny na mobilnej podstawie jezdnej.
4.	Waga aparatu nie większa niż ok. 80 kg.
5.	Zasilanie sieciowe 220-240V
6.	Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu LED lub OLED o przekątnej ekranu > 23". Ekran dotykowy do sterowania funkcjami o przekątnej >13 "
7.	Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem lewo-prawo min. 30°, góra dół w zakresie min. 15 cm
8.	Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu
9.	Min. 4 aktywne porty głowic obrazowych
10.	Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień.
11.	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. min. 5000000 kanałów przetwarzania
12.	Dynamika systemu min. 300 dB
13.	Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-16,0 MHz
14.	Tryb optymalizacji obrazu B w czasie rzeczywistym z automatyczną korektą ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC
15.	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 12.000 obrazów
16.	Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 – 48,0 cm
17.	B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 3.500 obr./sek.
18.	Funkcja redukcji cieni powstałych za strukturami litymi, kośćmi.
19.	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu. Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania min. x 20
20.	Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 10 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach
21.	Tryb obrazowania Dopplerowskiego w trybie color Doppler z wysoką czułością zbliżony do prezentacji przepływu trójwymiarowego. Color Doppler o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s. Maksymalna prędkość odświeżania min. 440 obr/s
22.	Power Doppler (PD) i Power Doppler z detekcją kierunku przepływu, z wysoką czułością zbliżony do prezentacji przepływu trójwymiarowego
23.	Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji min. 7.5 m/s
24.	Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-20 mm
25.	Automatyczne ustawienie skali prędkości dla Dopplera Pulsacyjnego oraz Dopplera PW, możliwość włączenia i wyłączenia funkcji

L.p.	Opis wymaganych parametrów
26.	Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu LED lub OLED o przekątnej ekranu > 23". Ekran dotykowy do sterowania funkcjami o przekątnej >13 "
27.	Aparat posiadający ustawialne profile przepływu dla min. CFM/PD/PW. Profile dostępne z poziomu panelu dotykowego po wyborze funkcji przepływu, dla optymalizacji i przyspieszenia badania.
28.	Kolorowy Doppler tkankowy na głowicach convexowych, sektorowych,
29.	Doppler tkankowy spektralny na głowicach convexowych, sektorowych,
30.	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym
31.	Doppler ciągły (CW) min. na głowicach convex, sektorowych
32.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach
33.	M-mode, Anatomiczny M-Mode z min 2 kursorami
34.	Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD. Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie.
35.	Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów
36.	Videoprinter czarno-biały
37.	Oprogramowanie DICOM
38.	Możliwość wysłania bezpośrednio z aparatu wiadomość email z obrazami z badania i raportem
39.	Możliwość wysłania bezpośrednio z aparatu obrazów, pętli obrazowych na telefon za pomocą wifi
40.	Głowica convex. Głowica typu do badań, jamy brzusznej, urologicznych, naczyniowych: Zakres częstotliwości min. 3,0 – 8,0 MHz. Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych. Kąt obrazowania w trybie B > 90°
37.	Głowica convex. Głowica convex do badań, jamy brzusznej, nerek, naczyniowych: Zakres częstotliwości min. 2,0 – 7,0 MHz. Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych. Kąt obrazowania w trybie B min. 90°
38.	Głowica liniowa. Głowica typu do badań piersi, tkanek miękkich, naczyniowych. Zakres częst.min. 4-13 MHz. Minimum 1000 fizycznych elementów piezoelektrycznych. Max. szerokość skanu min. 50 mm
39.	Możliwość rozbudowy o głowicę bezprzewodową z przetwornikami typu convex/linia. Bezprzewodowe połączenie aparatu z głowicą poprzez Wifi lub Bluetooth
40.	Możliwość rozbudowy o wbudowany akumulator pozwalający na pracę systemu bez konieczności podłączenia do sieci. Min. czas pracy powyżej 1 godziny.
39.	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
Inne	
37.	Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego.
38.	Instalacja, konfiguracja i uruchomienie aparatu w siedzibie Zamawiającego.
39.	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.
40.	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonego aparatu.
41.	Oferowany aparat musi być kompletny i gotowy do wykonywania badań po zakończeniu instalacji i uruchomienia.
40.	Okres gwarancji w miesiącach min. 24. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr sprawy 1/2026 – Wzór druku - Formularz ofertowy

.....

.....

.....

Pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby, NIP lub pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr 1/2026 pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla pacjentów IGAMED” oferuję/oferujemy wykonanie dostawy i usługi będącej przedmiotem zamówienia, w terminie najpóźniej do 09 października 2026 roku i zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Aparat USG wszechstronny – 1 sztuka,

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia:

- w kwocie **netto:** PLN, (słownie:

..... zł/100)

- w kwocie **brutto:** PLN, (słownie:

..... zł/100)

- w tym **podatek VAT** w wysokości 8%: PLN.

Oferowana data dostawy urządzenia:

2. Oświadczam / Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Oświadczam / Oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia **spełnia wszystkie funkcje i parametry techniczne wyszczególnione w szczegółowym opisie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr sprawy 1/2026.**
4. Oświadczamy, że:
 - 1) Jestem uprawniony / Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
 - 2) Posiadam / Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 3) Posiadam / Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
 - 4) Znajduję się / Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia,

5. Oświadczenie o braku współpracy z Rosją:

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczam, iż nie jestem podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w BIP MSWiA.

6. Oświadczam / Oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe parametry punktowane:

LP	Parametr punktowany	TAK jeśli spełnia / NIE jeśli nie spełnia
1.	Aparat wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 14" służący do sterowania funkcjami aparatu.	TAK* / NIE*
2.	Aparat wyposażony w minimum 4 aktywne gniazda do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych, niewymagające przepinania głowic podczas wykonywania różnych rodzajów badań.	TAK* / NIE*
3.	Aparat wyposażony w technologię umożliwiającą zapis surowych danych obrazowych bezpośrednio po digitalizacji oraz wykonywanie postprocessingu na zapisanych badaniach, obejmującego co najmniej zmianę parametrów obrazu, wykonywanie pomiarów oraz zastosowanie filtrów.	TAK* / NIE*
4.	Aparat wyposażony w technologię obrazowania złożonego przestrzennie, w której wiązka ultradźwiękowa wysyłana jest pod różnymi kątami, w co najmniej 8 płaszczyznach, a uzyskane sygnały wykorzystywane są do utworzenia obrazu o zwiększonym kontraście, rozdzielczości i wyostreniu konturów badanych struktur.	TAK* / NIE*

* - niewłaściwe skreślić

Miejscowość, data

Podpis